

ضبط كشف لاختصاص جراحة القلب

تم تنفيذ كشف ميداني يوم تاريخ: / من قبل
 على مشفى الخاص الكائن في محافظة مدينة/بلدة
 أولاً: مواصفات غرفة العمليات


متوفّر غير متوفّر

- مساحة مناسبة وفق المخططات الهندسية المعتمدة
- نظام تهوية ذو ضغط إيجابي(فلتر بنسبة ٩٩/٩٩)
- إمكانية التحكم بشدة التبريد
- إمكانية طرد غازات الزفير
- معزولة بشكل محكم لا يمكن الدخول إليها إلا بإجراءات تعقيم صارمة
- مأخذ كهرباء لاتقل عن ١٥ مع مأخذ خاصة لـ UBS المركزية
- شبكة غازات مرکزية + هواء مضغوط ٥٢+n-02 على حائطين
- جدران من السيراميك أو طلاء خاص بالعمليات (ايبيوكسي)
- الأرضية من مواد عازلة ومضادة للكهرباء الساكنة بدون زوايا لسهولة التنظيف
- خزان من الستانليس عالي الجودة أو البلاستيك القابلة للتقطيف(لا قطع خشبية)
- بنفس طابق العناية المشددة الجراحية مع سهولة الحركة بينهما

ثانياً: تجهيزات غرفة العمليات

متوفّر غير متوفّر

- جهاز قلب صنعي
- جهاز تبريد و تسخين و فرشة تدفئة
- جهاز تخدير متتطور
- إمكانية قياس ETCO٢
- جهاز مونيتور مع التوابع
- جهاز بالون أبهر عدد ١/١
- جهاز تخثير كهربائي
- جهاز صدمة للكبار والصغار
- جهاز مص مفرزات
- جهاز ACT
- طاولة عمليات متطوره
- ضوء سقف لا تقل استطاعته عن ٢٠٠٠ شمعة
- أدوات جراحية علبة عدد ٢ لكل اختصاص
- أدوية و مستهلكات ضرورية لإجراء العمليات القلبية
- ضوء رأس
- جهاز تسخين سوائل و دم
- مبعد ثدي باطن
- جهاز غازات وشوارد، يمكن أن يكون مشترك مع العناية



ثالثاً: تجهيزات العناية المشددة الجراحية

متوفّر	غير متوفّر	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- سرير عناية عدد ٣/ لكل غرفة عمليات يحوي كافة الحركات المناسبة.....
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- مونيتور عنابة لكل سرير (يحتوي على ٢ ضغط اقتحامي)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- منفسة لكل سرير
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- حوافن كهربائية عدد ١٠ ، على الأقل ٣ لكل سرير
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- جهاز صدمة يحتوي على نظام خطأ خارجي ويعمل على البطارية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- جهاز تخطيط قلب ٦-١٢ فناة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ناظمي خطى مؤقت عدد ٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- منظار حنجرة مع ثلاثة شفرات
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- جهاز غازات دم وشوارد
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- براد لحفظ الدم والأدوية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- عربة إنعاش
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- جهاز تسخين سوائل ودم
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- آمبوب كبار وصغر
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- جهاز تصوير أشعة نقال
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- جهاز مراقبة نقال يعمل على البطارية لنقل المريض من العمليات إلى العناية المشددة القلبية


❖ ملاحظات لجنة/فريق الكشف:

لا توجد ملاحظات

توجد الملاحظات التالية:

توقيع أعضاء لجنة/فريق الكشف

ملاحظات مديرية المشافي:



ضبط كشف لاختصاص أمراض القلب والقثطرة القلبية

غير متوفر	متوفّر	1 - العيادة الخارجية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- أجهزة ضغط زئبقية أو إلكترونية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- أجهزة تخطيط قلب كهربائية (٦ أو ١٢ قناة)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- إيكو دوبлер ملون للقلب وللعنایة مع مسبار كبار + أوعية + بطن.....
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- جهاز اختبار جهد قلبي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- جهاز صدمة كهربائية يحوي نظام خطى مؤقت خارجي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- أجهزة هولترللسقط و النبض و نقص التروية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ عيادة اضطراب النظم وبرمجة نواظم الخطى الدائمة (مراكز متقدمة)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- جهاز قياس سكر الدم
2 - تجهيزات الشعبة القلبية		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- أجهزة ضغط حائطية ديجيتال ثابتة(قياس ضغط ونبض واسباب اوكسجين وحرارة) ..
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- أجهزة ضغط احتياطية ديجيتال عدد ٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- جهاز تخطيط قلب كهربائي ٦ أو ١٢ قناة ديجيتال
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- جهاز إيكو دوبлер ملون(مع مسبار كبار + أوعية محيطية مع بروب عبر المري)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- جهاز صدمة كهربائية حديث يعمل بطريقة Biphasic system
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ جهاز مراقبة لاسلكي موصول بجهاز مراقبة بالعنایة المشددة لبعض الحالات
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- جهاز سكر دم
3 - تجهيزات شعبة العناية الإكليلية		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- أسرة عنایة حديثة ذات حركات مناسبة عدد ٣ على الأقل.....
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- مونيتور لكل سرير (ضغط - تخطيط - حرارة - تنفس ٥٠٢ - ٥٢)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- محطة مراقبة مركزية.....
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- إيكو دوبлер ملون للقلب مع مسبار للكبار + أوعية + بطن
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- أجهزة صدمة كهربائية Biphasic system + نظام خطى خارجي ×٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- جهاز تخطيط قلب كهربائي ٦ أو ١٢ قناة ديجيتال.....
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- الأدوية القلبية الضرورية

توقيع أعضاء لجنة/فريق الكشف



شعبة عمليات القسطرة القلبية

متوفّر غير متوفّر

- ١- مساحة القاعة وغرفة المراقبة مناسبة وفق المخططات الهندسية المعتمدة.....
- ٢- جهاز قسطرة متظور مع كافة الأجهزة.....
- ٣- يمكن قراءة الـ **CD** على أي جهاز كمبيوتر
- ٤- أجهزة المراقبة الـ **Monitores** من نمط **LCD** أو **FLAT** واضحة القراءة للطبيب و الفني
- ٥- توفر جميع الأدوية الإسعافية الالزمة لمريض القلب ضمن عربة الإسعاف مع توفر مأخذ للأوكسجين و هواء مضغوط
- ٦- جهاز صدمة حديث مزيل للرجفان مع توفر كبل نظام خطى مؤقت خارجي
- ٧- متابعة الرقابة الشعاعية و الإشراف عليها من قبل هيئة الطاقة الذرية.....
- ٨- توفر طاقم طبي (أشعة - تمرير) مع ثلاثة عناصر تمريرية من ملاك المركز نفسه
- ٩- المستهلكات الالزمة لإجراء القسطرة

* ملاحظات لجنة/فريق الكشف:

لا توجد ملاحظات

توجد الملاحظات التالية:
-
-
-

مصدق

توقيع أعضاء لجنة/فريق الكشف

مدير الصحة

ملاحظات مديرية المشافي:

مصدق

مدير المشافي



الأدوية الواجب توفرها في العناية القلبية

متوفّر غير متوفّر

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - مسكنات : فنتانيل - مورفين - دولوزال - سيتامول وريدي - ديكلون..... |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - منومات : نزدونال - دورميكيوم - أميدات - بروبوفول..... |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - مرخيات عضلية : بافلون - اتراكوريوم - سيستراكوريوم - أزميرون - سكولين..... |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - رافعات ضغط و دواعم : دوبوتريكس - دوبامين - أدرينالين - نورأدرينالين..... |
| | | - أمريتون أو مليريتون - فيتيل أفرین - أفرین. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - خافضات ضغط : لنترال - نتروبروسايد - لايبيتالول - لوبريسور..... |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - مضادات اضطراب النظم : ليدوكانين - أدينوزين - كوردارون - فيرباميل
- ديوجوكسين . |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - شوارد : كلور الصوديوم - كالسيوم - بوتاسيوم - مغنيزيوم - بيكربونات..... |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - سوائل : غروانيات (مثل البومين)
كريستالويد (سكري - ملحي - رنجر - محلول شال للعضلة القلبية) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - ممیعات : هیبارین - کلیکسان - أغراستات أو ما يعادله..... |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - مرقفات : بروتامين - ترازيلول - أکزاسیل - أمینوگابرولیک أسید - بامبا..... |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - معقمات : يود - بوفيدون - كحول - سافلون..... |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - شاش معقم ظليل على الأشعة..... |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - ماء مقطر |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - صادات مختلفة..... |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - أدوية متنوعة : بابافرین - أتروپین - هیدروکورتیزون - دیکسون - سیروکال....
- ایتافیلیین - رانتین - رایسک - لازکس. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - کلس صودی..... |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - انسولین..... |